

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO REDES EN SALUD PÚBLICA	CONFIGURACIÓN PANEL PEEDD – IH (CLAVE)	Versión: 00
			2014– Jun– 06
		FOR-R01.5120.046	Página 1 de 1

CLAVE PANEL 02- 2015
Lote: 45530.62.1 Expiración: 02-11-2015

	Lote células: 21000.62.1 Lote suero: 16630.62.1 Muestra No. 1	Lote células: 21010.62.1 Lote suero: 16640.62.1 Muestra No. 2
Grupo Sanguíneo	"B"	"AB"
Subgrupo A (Lectina A1)	No aplica	A ₁ B (Lectina A ₁ Positivo)
Rh D	Positivo	Negativo
Antígeno D Débil	No aplica	Negativo
Fenotipo Rh	Antígeno C: Negativo Antígeno c: Positivo Antígeno E: Positivo Antígeno e: Positivo	Antígeno C: Negativo Antígeno c: Positivo Antígeno E: Negativo Antígeno e: Positivo
Fenotipo Kell	Negativo	Positivo
Rastreo de anticuerpos irregulares (RAI)	Positivo	Positivo
Coombs Directo	Negativo	Negativo

Identificación de Anticuerpos Anticuerpo(s) identificado (s)	Anticuerpo Anti-C (mayúscula) y Anticuerpo Anti-Kell (K)	Anticuerpo Anti-D
---	---	-------------------

“Los resultados discordantes deben servir como alerta para que sean revisadas todas las etapas referentes al uso de pipetas, puntas, diluyentes, calibración de lectores, entrenamiento y capacitación del personal técnico y profesional como también la revisión de controles internos utilizados. Estos resultados no deben ser atribuidos exclusivamente a la procedencia de las pruebas utilizadas por cada banco de sangre o servicio de transfusión”.

La información de los resultados del PEED en inmunohematología es confidencial entre el INS, los bancos y servicios participantes.