

 <b>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b>	<b>PROCESO REDES EN SALUD PÚBLICA</b>	<b>CONFIGURACIÓN PANEL PEEDD – IH (CLAVE)</b>	<b>Versión: 00</b>
			2014– Jun– 06
		<b>FOR-R01.5120.046</b>	Página 1 de 1

**CLAVE PANEL 01- 2015**  
**Lote: 45530.31.1 Expiración: 11-05-2015**

	<b>Lote células: 21000.31.3</b> <b>Lote suero: 16630.31.3</b> <b>Muestra No 1</b>	<b>Lote células: 21010.31.3</b> <b>Lote suero: 16640.31.3</b> <b>Muestra No 2</b>
Grupo Sanguíneo	“ O ”	“ A ”
Subgrupo A (Lectina A1)	No aplica	A <sub>1</sub> (Lectina A <sub>1</sub> Positivo)
Rh D	Negativo	Positivo
Antígeno D Débil	Negativo	No Aplica
Fenotipo Rh	Antígeno C: Negativo Antígeno c: Positivo Antígeno E: Negativo Antígeno e: Positivo	Antígeno C: Negativo Antígeno c: Positivo Antígeno E: Positivo Antígeno e: Negativo
Fenotipo Kell	Positivo	Negativo
Rastreo de anticuerpos irregulares (RAI)	Positivo	Positivo
Coombs Directo	Negativo	Negativo

Identificación de Anticuerpos Anticuerpo(s) identificado (s)	Anticuerpo Anti D	Anticuerpo Anti C (mayúscula)
---	-------------------	-------------------------------

“Los resultados discordantes deben servir como alerta para que sean revisadas todas las etapas referentes al uso de pipetas, puntas, diluyentes, calibración de lectores, entrenamiento y capacitación del personal técnico y profesional como también la revisión de controles internos utilizados. Estos resultados no deben ser atribuidos exclusivamente a la procedencia de las pruebas utilizadas por cada banco de sangre o servicio de transfusión”.

La información de los resultados del PEED en inmunohematología es confidencial entre el INS, los bancos y servicios participantes.