

 Instituto Nacional de Salud	PROCESO- REDES EN SALUD PÚBLICA	INFORME DE RESULTADOS PEEDD EN INMUNOHEMATOLOGÍA	Versión N° 00
			2011 – 09 - 05
		FOR-R01.5080-034	Página 1 de 1

CLAVE PANEL IH 1-2013
Lote: 45530.41.x Expiración: 2013-07-15

No de Muestra Parámetro evaluado	Sample o Muestra 1 Lote Células: 21000.41.x Lote Suero: 16630.41.x	Sample o Muestra 2 Lote Células: 21010.41.x Lote Suero: 16640.41.x
Grupo Sanguíneo	A	O
Subgrupo A	A₁	No Aplica
Rh D	Positivo	Negativo
Fenotipo Rh	Antígeno C: Positivo Antígeno c: Negativo Antígeno E: Negativo Antígeno e: Positivo	Antígeno C: Negativo Antígeno c: Positivo Antígeno E: Negativo Antígeno e: Positivo
Fenotipo Kell : K	Negativo	Positivo
Rastreo de anticuerpos irregulares (RAI)	Positivo	Positivo
Identificación de anticuerpos Anticuerpo identificado	Anti c y Anti Kell	Anti D
Coombs Directo	Negativo	Negativo

Los resultados discordantes deben servir como alerta para que sean revisadas todas las etapas referentes al uso de pipetas, puntas, diluyentes, calibración de lectores, entrenamiento y capacitación del personal técnico y profesional como también la revisión de controles internos utilizados. Estos resultados no deben ser atribuidos exclusivamente a la procedencia de las pruebas utilizadas por cada banco de sangre o servicio de transfusión.

La información de los resultados del PEED en inmunohematología es confidencial entre el INS, los bancos de sangre y servicios de transfusión participantes.