

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO- REDES EN SALUD PÚBLICA</b>	<b>INFORME DE RESULTADOS PEEDD EN INMUNOHEMATOLOGÍA</b>	Página 1 de 1
		REG-R01.002.5080-034	Versión N° 00

**CLAVE PANEL 01-2014**  
**Lote: 45530.31.x Expiración: 2014-05-26**

	Lote Células: 21000.31.X Lote Suero: 16630.31.X Sample o Muestra 1	Lote Células: 21010.31.X Lote Suero: 16640.31.X Sample o Muestra 2
Grupo Sanguíneo	<b>A</b>	<b>AB</b>
Subgrupo A	<b>A<sub>1</sub></b>	<b>A<sub>1</sub>B</b>
Rh D	<b>Positivo</b>	<b>Positivo</b>
Antígeno D Débil	<b>No aplica</b>	<b>No aplica</b>
Fenotipo Rh	Antígeno C: <b>Positivo</b> Antígeno c: <b>Negativo</b> Antígeno E: <b>Negativo</b> Antígeno e: <b>Positivo</b>	Antígeno C: <b>Positivo</b> Antígeno c: <b>Negativo</b> Antígeno E: <b>Negativo</b> Antígeno e: <b>Positivo</b>
Fenotipo Kell	<b>Negativo</b>	<b>Negativo</b>
Rastreo de anticuerpos irregulares (RAI)	<b>Positivo</b>	<b>Positivo</b>
Coombs Directo	<b>Negativo</b>	<b>Negativo</b>

Identificación de Anticuerpos	<b>Anti E y Anti Kell</b>	<b>Anti Kell</b>
Anticuerpo		

“Los resultados discordantes deben servir como alerta para que sean revisadas todas las etapas referentes al uso de pipetas, puntas, diluyentes, calibración de lectores, entrenamiento y capacitación del personal técnico y profesional como también la revisión de controles internos utilizados. Estos resultados no deben ser atribuidos exclusivamente a la procedencia de las pruebas utilizadas por cada banco de sangre o servicio de transfusión”.

La información de los resultados del PEEDD en inmunohematología es confidencial entre el INS, los bancos y servicios participantes.