

 <b>Instituto Nacional de Salud</b>	<b>PROCESO- REDES EN SALUD PÚBLICA</b>	<b>INFORME DE RESULTADOS PEEDD EN INMUNOHEMATOLOGÍA</b>	Versión N° 00
			2011 – 09 - 05
		FOR-R01.5120-034	Página 1 de 1

**CLAVE PANEL IH 2-2013**  
**Lote: V138233 Expiración: 2013-10-08**

No. de Muestra / Parámetro evaluado	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3	Muestra 4
Grupo Sanguíneo	<b>AB</b>	<b>O</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
Subgrupo A	<b>A<sub>1</sub></b>	<b>No Aplica</b>	<b>A<sub>1</sub></b>	<b>No Aplica</b>
Rh D	<b>Positivo</b>	<b>Positivo</b>	<b>Positivo</b>	<b>Negativo</b>
Antígeno Débil del D	<b>No aplica</b>	<b>No aplica</b>	<b>No aplica</b>	<b>Negativo</b>
Fenotipo Rh	Antígeno C: <b>Positivo</b> Antígeno c: <b>Positivo</b> Antígeno E: <b>Positivo</b> Antígeno e: <b>Positivo</b>	Antígeno C: <b>Positivo</b> Antígeno c: <b>Negativo</b> Antígeno E: <b>Negativo</b> Antígeno e: <b>Positivo</b>	Antígeno C: <b>Negativo</b> Antígeno c: <b>Positivo</b> Antígeno E: <b>Positivo</b> Antígeno e: <b>Negativo</b>	Antígeno C: <b>Negativo</b> Antígeno c: <b>Positivo</b> Antígeno E: <b>Negativo</b> Antígeno e: <b>Positivo</b>
Fenotipo Kell : K	<b>Negativo</b>	<b>Positivo</b>	<b>Negativo</b>	<b>Negativo</b>
Rastreo de anticuerpos irregulares (RAI)	<b>Negativo</b>	<b>Positivo</b>	<b>Positivo</b>	<b>Positivo</b>
Identificación de anticuerpos Anticuerpo identificado	<b>No aplica</b>	<b>Anti-c</b>	<b>Anti-Fya</b>	<b>Anti-D</b>
Coombs Directo*	<b>Negativo</b>	<b>Negativo</b>	<b>Negativo</b>	<b>Negativo</b>

**\*Se informa el resultado esperado para el Coombs directo, sin embargo no será tenido en cuenta en la calificación final, dado que por inconsistencia en las instrucciones de manejo de las muestras enviadas, la prueba no fue realizada por la totalidad de participantes.**

Los resultados discordantes deben servir como alerta para que sean revisadas todas las etapas referentes al uso de pipetas, puntas, diluyentes, calibración de lectores, entrenamiento y capacitación del personal técnico y profesional como también la revisión de controles internos utilizados. Estos resultados no deben ser atribuidos exclusivamente a la procedencia de las pruebas utilizadas por cada banco de sangre o servicio de transfusión.

La información de los resultados del PEED en inmunohematología es confidencial entre el INS, las Coordinaciones Departamentales y los bancos de sangre y servicios de transfusión participantes.